

๑. ตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.

๒. หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

๓. ค่าเป้าหมาย : ๕ ขั้นตอน

๔. คำอธิบายตัวชี้วัด/คำนิยาม:

๔.๑ ระดับความสำเร็จ หมายถึง กระบวนการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให้มีการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต. เป็นระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๑๐ ระดับ

๔.๒ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ หมายถึง การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ประกอบด้วย การติดเชื้อในสถานพยาบาล หมายถึง การติดเชื้อที่ได้รับเชื้อจุลชีพขณะที่ได้รับการตรวจรักษาพยาบาลในการให้บริการสุขภาพ เกิดได้ทั้งแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์จากการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังการติดเชื้อในสถานพยาบาล หมายถึงการติดตามสังเกตการณ์การเกิดการติดเชื้อในสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๕. เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นขั้นตอนความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๑๐ ระดับ ตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ร้อยละขั้นของความสำเร็จ										
ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
ร้อยละ	๕๐	๕๕	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕

๖. แนวทางการประเมิน/รายละเอียดการดำเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐)

๖.๑ องค์ประกอบพื้นฐาน (ร้อยละ ๒๐)

ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	คะแนน
๑	๑.๑ มีการควบคุมการทำให้ปราศจากเชื้อด้านชีวภาพ (Spore Test) ในการนึ่งเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ ทุกเดือน - มีการทำ Spore Test ทุกเดือน = ๕ คะแนน - มีการทำ Spore Test ไม่ครบทุกเดือน = ๒ คะแนน - ไม่มีการทำ Spore Test = ๐ คะแนน ๑.๒ ผลการควบคุมการทำให้ปราศจากเชื้อด้านชีวภาพ (Spore Test) ในการนึ่งเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ - ผล Spore Test ผ่านทุกเดือน = ๕ คะแนน - ผล Spore Test ผ่านแต่ไม่ครบทุกเดือน = ๒ คะแนน - ไม่มีผลการทำ Spore Test = ๐ คะแนน	มี พร้อมหลักฐาน = ๑๐ คะแนน
๒	๑.๑ มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ (Comply Test) ในการนึ่งเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ ทุกครั้ง (ใช้ comply test ทุกครั้งที่นึ่งอย่างน้อย ๑ ชิ้น) - มีหลักฐานการตรวจสอบประสิทธิภาพ Comply Test ทุกครั้ง = ๕ คะแนน - มีหลักฐานการตรวจสอบประสิทธิภาพ Comply Test ไม่ครบทุกครั้ง = ๒ คะแนน - ไม่มีหลักฐานการตรวจสอบประสิทธิภาพ Comply Test = ๐ คะแนน	มี พร้อมหลักฐาน = ๑๐ คะแนน

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	คะแนน
	๑.๒ ผลการควบคุมการทำให้ปราศจากเชื้อด้านชีวภาพ (Spore Test) ในการนึ่งเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ - ผล Comply Test ผ่านทุกครั้ง = ๕ คะแนน - ผล Comply Test ผ่านแต่ไม่ครบทุกครั้ง = ๒ คะแนน - ไม่มีหลักฐานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ Comply Test = ๐ คะแนน	
	รวมคะแนนทั้งสิ้น	๒๐

๖.๒ ผลประเมินด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖ (ร้อยละ ๘๐)

ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	คะแนน
๑	การออกแบบระบบและการจัดการทรัพยากร	๕
๒	การดำเนินงาน	๓๘
๓	การจัดการมูลฝอยทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ	๑
๔	การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	๒๑
	รวมคะแนนทั้งสิ้น	๖๕

๗. แหล่งข้อมูล : เอกสาร/ หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้จากการดำเนินงานจริง

๘. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

นางสาวอานาดี สุทธิพันธ์

โทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๗๓๒๘ ๓๕๐๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๕๖๔๐ ๗๘๘๐